

Số: 195/TTYT-KD

Kỳ Sơn, ngày 17 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các công ty đủ điều kiện cung ứng thiết bị y tế.

Hiện nay, Trung tâm Y tế đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm y tế Kỳ Sơn năm 2025. Để có cơ sở xây dựng dự toán mua sắm và tổ chức lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào giá (báo giá) với nội dung cụ thể như sau.

- Tổng giá trị dự toán: Khoảng 50.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng*).

- Nội dung hàng hóa yêu cầu chào giá: Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

- Báo giá của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có), đơn giá chào là VNĐ.

- Hình thức nhận báo giá: Gửi đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, địa chỉ: Bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; hoặc qua Email: khoaduocctytk@gmail.com

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 17/04/2025 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 22/04/2025. Các báo giá gửi sau thời hạn trên sẽ không được xem xét.


- Thời hạn hiệu lực của báo giá tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 22/04/2025.

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Tiến Hùng, khoa dược Trung tâm Y tế Kỳ Sơn, Nghệ An. Địa chỉ: Bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0986877023.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-KD.



Sầm Văn Hải



Phụ lục: Danh mục hàng hóa

(Đính kèm công văn số 105/TTYT ngày 17/04/2025 của Trung tâm Y tế Kỳ Sơn)

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất	ĐVT	Số lượng
1	Ghế nha khoa Hager HJ-638A	- Nguồn hơi: áp suất khí 0.55MPa~0.8MPa lưu lượng > 50L/min - Nguồn nước: 0.2MPa ~ 0.4 Mpa lưu lượng > 10L/min - Điện áp nguồn: 220V-240V - Điện áp cơ: 24V - Tốc độ tua-bin tay khoan nhanh: $\geq 35 \times 104r/min$ (áp suất hơi 0,22 MPa) - Tốc độ tua-bin tay khoan chậm: $\geq 18 \times 103r/min$ (áp suất hơi 0,30 MPa) - Độ sáng đèn: ~20000lux - Độ sáng đèn đọc phim: 2000lux - Trọng lượng 1 bộ ghế: ~200 kg - Tải trọng ghế bệnh nhân: ~150 kg - Tải trọng mâm chính: ≤ 10 kg - Tải trọng mâm phụ tá: ≤ 2 kg - Bình chứa nước: dung tích ~800ml, áp suất ~0.25Mpa - Vị trí cao nhất ghế bệnh nhân so với mặt đất: $\geq 700mm$ - Vị trí thấp nhất ghế bệnh nhân so với mặt đất: $\leq 500mm$ - Phạm vi chuyển động lựa lưng: $\sim 105^{\circ} - 170^{\circ}$ - Bảo hành: 24 tháng	Hager/China	Bộ	01